

	Stramien (zorg)protocol	Pagina: 1 van 1 Versie: 1 Datum:
--	------------------------------------	---

Titel

Katheter,
Richtlijnen voor de kraamvrouw die met een CAD naar huis gaat.

Doel

Het geven van verpleegkundige nazorg volgens vaste richtlijnen aan een kraamvrouw die met een CAD naar huis gaat.

Inleiding

Definities

CAD = Catheter á Demeure = verblijfskatheter

Urineretentie = onvermogen spontane mictie

Urineresidu = blaasinhoud na spontane mictie

Overloopblaas = overlopende emmer

Uitvoerenden

Verpleegkundigen

Toepassingsgebied

Kraamvrouw die met een CAD ontslagen word.

Medisch verloop

De kraamvrouw urineert niet/ onvoldoende en heeft een retentie/residu van: 500-750 ml met als gevolg dat er een CAD ingebracht wordt voor 24 uur

Indien er een retentie/residu is van > 750 ml dan wordt er een CAD ingebracht voor 48 uur.

Diagnostiek

Behandeling en zorgbeleid

1. De kraamvrouw krijgt de flyer: Richtlijnen voor de kraamvrouw die met een CAD naar huis gaat. en uitleg hierover
2. 24 of 48 uur na het inbrengen van de CAD verwijdert de kraamvrouw deze zelf thuis door het zijstukje van het vulpunt van het ballonnetje door te knippen en vervolgens de katheter voorzichtig naar buiten te trekken.
3. Mw krijgt de flyer "**Richtlijnen voor de kraamvrouw die met een verblijfskatheter naar huis gaat**" mee naar huis.
4. Valt het tijdstip van verwijderen ná 10 uur 's morgens dan wordt dit verschoven naar de volgende morgen 8 uur.
5. Advies wordt gegeven rond dit tijdstip voldoende te drinken.
6. De kraamvrouw dient < 6 uur na verwijderen van de CAD te hebben geürineerd. Als ze denkt te moeten urineren, of ze heeft eerder klachten, belt ze de verl. k eerste lijn (die op de hoogte is gebracht op de dag van ontslag door de arts ass/verl. k 2^e lijn).
7. De naam van de kraamvrouw wordt bij de dag dat de CAD verwijderd wordt in de agenda genoteerd met de opmerking dat de verl k 1^e lijn de afdeling belt of Mw nog naar A6 komt voor vervolg

8. De verl. k 1^e lijn bepaalt het residu , indien residu > 150 ml of als er een retentie blaas is ontstaan wordt Mw, door de verl k 1^e lijn doorgebeld (7131) om zich, met baby, op A6 te melden.
Indien residu < 150 ml, geen actie, verl k eerste lijn belt de 7131 dat Mw niet naar A6 komt
9. Op A6 wordt nogmaals een residu bepaald, is dit > 150 ml, wordt een CAD voor 1 week ingebracht (verl. k. 1^e lijn wordt op de hoogte gebracht).
Op de afdeling zijn beenzakjes + fixatiemateriaal, Mw krijgt ook een lange katheterslang + rekje mee, voor 's nachts (rekje moet na die week weer ingeleverd worden op A6).
10. Er wordt een afspraak gemaakt voor Mw op A6 voor over 1 week, Mw verwijdert zelf die dag 's morgens om 08.00 uur de CAD en meldt zich om 10.00 uur met baby op A6.
11. Het residu wordt bepaald, indien > 150 ml, dan gaat Mw leren zelf te katheteriseren. (Als ze vervolgens thuis 2 x een residu heeft van < 150 ml, dan kan ze daar mee stoppen).
(een startersset kan gehaald worden op B5 + een machtiging, deze spullen bevinden zich in de kast op de gynaecologie, middelste unit, formulier met daarop het ponsje van Mw in het boek toevoegen "Uitgifte katheter materialen" met daarop wat er is meegenomen + de reden daarvan, en of Mw gebeld wil worden door de incontinentieverpleegkundige of niet)
12. Mw belt na 1 week de poli om te vertellen hoe het gaat, katheteriseert ze niet meer zelf dan wordt het daarbij afgesloten, is er nog steeds > 150 ml residu, dan wordt een afspraak op de poli gemaakt (1 á 2 weken nadat Mw is gestart met zelfkatheteriseren) bij de gynaecoloog, en vervolgens het traject gestart met de uroloog.

Nazorg

De naam van de kraamvrouw dient in de agenda te staan bij de dag waarop ze thuis de CAD verwijdert met daarbij vermeld dat ze evt. kan komen. (d.i na 24-48 uur), voor opname ivm het hebben van een residu > 150 ml/ retentieblaas.

Complicaties

Cystitis, het wordt afgeraden om profylactisch antibiotica te geven, bij klachten dient er urine onderzocht te worden.

Opmerkingen

Indien de verl.k 1^e lijn wegens drukte of andere calamiteiten geen residu/retentie kan bepalen kan zij de kraamvrouw insturen zodat dit op A6 vervolgd zal worden.

Gerelateerde documenten

Katheter, éénmalig katheteriseren
Katheter, het aanleren van zelfkatheterisatie
De kraamvrouw?

Bronnen

	Naam	Functie		
Autorisator				
Auteur			Datum	Paraaf
Beheerder				

NB:

De toelichting op het invullen van dit stramien is in de protocollenprocedure (documentnummer 00038) via een "link" bij gerelateerde documenten te raadplegen.